

# Kalibrierung von Messverstärkern

## Ladungsvorverstärker IEPE100

| Bezeichnung       | Artikeltext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IEPE100-AK</b> | <p>IEPE100 - Akkreditierte Kalibrierung - Festpunktkalibrierung (0,2 Hz - 50 kHz)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Feststellung Kalibrierfähigkeit</li><li>• Kalibrierung Referenzpunkt bei 160 Hz für jeden Messbereich</li><li>• Kalibrierung bei 14 weiteren Frequenzpunkten im Oktavabstand von 0,2 Hz bis 50 kHz</li><li>• Messverfahren entsprechend der Richtlinie DKD-R 3-2: 04/2019</li></ul> <p>Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein<br/>nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018</p> |

