

Kalibrierung von Schwingungsmessgeräten

VM12, VM15, VM22, VM23, VM24 und VM25

Bezeichnung	Artikeltext
VM12-AK VM22-AK	Rückführbare Kalibrierung Handmessgerät VM12 oder VM22 • Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: • Sichtprüfung • Allgemeine Funktionsprüfung • Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) • Ermittlung der Schwinggeschwindigkeit bei jeweils drei Messpunkten entsprechend der Richtlinie DKD-R 3-1 Blatt 3: 05/2020 (gegen Aufpreis mit Option: -WP, -FG und / oder -EA) Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (gegen Aufpreis mit Option: -R1 oder -R2)
VM12-WK VM22-WK	Werkskalibrierung Handmessgerät VM12 oder VM22 • Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: • Sichtprüfung • Allgemeine Funktionsprüfung • Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) • Ermittlung der Schwinggeschwindigkeit bei jeweils drei Messpunkten (gegen Aufpreis mit Option: -WP und / oder -FG) Dokumentation: Kalibrierdatenblatt (nicht rückführbar), dieser Kalibrierschein ist kein akkreditierter Bericht und somit nicht von EA MLA abgedeckt.
VM23-AK	Rückführbare Kalibrierung Handmessgerät VM23 • Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: • Sichtprüfung • Allgemeine Funktionsprüfung • Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) • Ermittlung der Schwinggeschwindigkeit und des Schwingweges bei jeweils drei Messpunkten für RMS und PEAK-PEAK-Modus, entsprechend der Richtlinie DKD-R 3-1 Blatt 3: 05/2020 (gegen Aufpreis mit Option: -WP, -FG und / oder -EA) Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (gegen Aufpreis mit Option: -R1 oder -R2)
VM23-WK	Werkskalibrierung Handmessgerät VM12 oder VM22 • Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: • Sichtprüfung • Allgemeine Funktionsprüfung • Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) • Ermittlung der Schwinggeschwindigkeit und des Schwingweges bei jeweils drei Messpunkten für RMS und PEAK-PEAK-Modus (gegen Aufpreis mit Option: -WP und / oder -FG) Dokumentation: Kalibrierdatenblatt (nicht rückführbar), dieser Kalibrierschein ist kein akkreditierter Bericht und somit nicht von EA MLA abgedeckt.

Bezeichnung	Artikeltext
VM15-AK VM24-AK VM25-AK	Rückführbare Kalibrierung Handmessgerät VM15, VM24 oder VM25 - Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: - Sichtprüfung - Allgemeine Funktionsprüfung - Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) - Ermittlung der Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit und des Schwingweges bei jeweils drei Messpunkten für RMS und PEAK-Modus, entsprechend der Richtlinie DKD-R 3-1 Blatt 3: 05/2020 (gegen Aufpreis mit Option: -WP, -FG und / oder -EA) Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (gegen Aufpreis mit Option: -R1 oder -R2)
VM15-WK VM24-WK VM25-WK	Werkskalibrierung Handmessgerät VM15, VM24 oder VM25 - Eingangsprüfung Handmessgerät zur Feststellung der Kalibrierfähigkeit: - Sichtprüfung - Allgemeine Funktionsprüfung - Justage, wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit überschritten wird und wenn möglich (wenn nicht gewünscht: Option -OJ) - Ermittlung der Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit und des Schwingweges bei jeweils drei Messpunkten für RMS und PEAK-Modus (gegen Aufpreis mit Option: -WP und / oder -FG) Dokumentation: Kalibrierdatenblatt (nicht rückführbar), dieser Kalibrierschein ist kein akkreditierter Bericht und somit nicht von EA MLA abgedeckt.
Option -OJ	Option ohne Justage Ohne Justage der Messbereiche, auch wenn die vom Hersteller definierte Messgenauigkeit nicht erreicht wird
Option -WP	Zusätzliche Kalibrierung eines weiteren Messpunktes
Option -FG	Zusätzliche Kalibrierung des Frequenzgangs eines Messbereichs mit 11 Messpunkten
Option -EA	Dokumentation der Eingangsabweichung Für alle Arbeitspunkt vor der Justage Dokumentation: Kalibrierdatenblatt (nicht rückführbar), dieser Kalibrierschein ist kein akkreditierter Bericht und somit nicht von EA MLA abgedeckt.
Option -R1	Zusätzliche Konformitätsprüfung nach Datenblatt für akkreditierten Kalibrierschein nach Entscheidungsregel 1: Berücksichtigung der Messunsicherheit Auf Konformität werden alle Messpunkte geprüft Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Option -R2	Zusätzliche Konformitätsprüfung nach Datenblatt für akkreditierten Kalibrierschein nach Entscheidungsregel 2: ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit Auf Konformität werden alle Messpunkte geprüft Dokumentation: akkreditierter Kalibrierschein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018